

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)



Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311341

## СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

№ МА 0037447

Средство измерений Пирометр инфракрасный КЕЛЬВИН модели Кельвин  
*наименование и тип*

Компакт 1300

заводской номер 2011131

заказчик ООО "Евромикс", 7702838004

*наименование юридического (физического) лица, ИНН*

метод калибровки РТ-МК-5193-442-2018

*наименование метода идентификации*

калибровка выполнена с помощью 3.1.ZMA.0106.2013, 3.1.ZMA.0167.2013,  
*регистрационный номер эталона(ов)*

3.1.ZMA.0180.2013, 3.1.ZMA.0183.2013

условия калибровки T = 21,8 °C, отн. вл. 50,0 %, P = 99,2 кПа

*условия окружающей среды и другие влияющие факторы*

Калибровочное клеймо



И.о. начальника лаборатории № 442  
*должность руководителя*

*подпись*

Д.А.Подобрянский  
*инициалы, фамилия*

Лицо, выполнившее калибровку

*подпись*

В.А.Калуцких  
*инициалы, фамилия*

«25» ноября 2020 г.

Результаты калибровки

Температура АЧТ, °С	Среднее арифметическое значение калибруемого СИ, °С	Расширенная неопределённость U (при k=2), °С
+400	+403	1,2
+700	+698	1,4
+900	+897	1,8
+1200	+1198	2,2
+1300	+1295	2,4

Лицо, выполнившее калибровку



В.А. Калущких.

117418 Москва, Нахимовский пр., 31  
Call-Центр: 495-544-00-00  
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96  
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru